

山西省肿瘤医院

单一来源采购专家论证登记表

论证单位名称：山西省肿瘤医院
论证日期：2023年11月30日

序号	姓名	单位	职称	专业	身份证号	备注
1	王加敏	山西省第二人民医院	高工	医疗设备	13935174802-1 145102195403096011	
2	王运如	山西晋南医院	主治医师	医疗	00010319690408211X	
3	史学军	山西晋南医院	主管	医疗设备	140103196304092728	

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王加殷	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 山西省第二人民医院	
项目信息	项目名称: 山西省肿瘤医院医科达后装治疗机维保服务项目	
	供应商名称: 医科达(上海)医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	<p>贵院拟购置的后装治疗机维保服务,是临床保障治愈多种肿瘤的需要。因该设备使用年久失修,核心部件均开始老化,故障率也在提高。为了保证患者治疗不受影响,需要绝对快速准确和高效率的维保服务作为保障。因后装治疗机各生产商有自身的核心部件和专利技术,其具有该产品系统的知识产权合法性。所以维保服务只能具有唯一性和不可替代性的客观事实,不存在其合理的替代或替代情况。为了维保服务保证一致性、兼容性和服务及时性,故采购方式单一来源采购,由该设备的生产商进行维保。</p> <p>拟定的生产商名称为:医科大(上海)医疗器械有限公司。</p>	
专业人员签字	王加殷	日期 2023年11月30日

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李建东	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 山西肿瘤医院	
项目信息	项目名称: 山西省肿瘤医院医科达后装治疗机维保服务项目	
	供应商名称: 医科达(上海)医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	<p>后装治疗机为精密仪器, 其使用中的精准性、安全性和可靠性要求很高。因此在维修中, 维修的配件和材料仅有原厂更符合要求。为了维护与原设备的配套性、精准性, 只能采购原厂的配件或原厂授权的维修机构和提供。本医院已经按照国家《医疗器械监督管理条例》第三十一条第一款, 第三款之规定, 4类医疗器械采购项目-特殊性采购的要求, 同意采用单一来源采购方式采购。</p>	
专业人员签字	李建东	日期 2023年11月30日

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 艾彦芳	
	职称: 副文	
	工作单位: 山西省人民医院	
项目信息	项目名称: 山西省肿瘤医院医科达后装治疗机维保服务项目	
	供应商名称: 医科达(上海)医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	<p>采购方根据工作需要拟采购后装治疗机维保服务,由于该设备为精密仪器,具有自身研发专利,技术复杂等性能,其在使用中对稳定性、安全性要求很高,考虑当设备出现故障时只有原厂能够在最短时间内制定完善的维修方案,提供适配的配件及维修,最大程度减少停机时间,保证设备正常运行,故原厂医科达(上海)医疗器械有限公司直接提供维保服务对医院能保证设备的兼容性、配套性。该项目采用单一来源采购符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定,同意单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字	艾彦芳	日期: 2023年11月30日